

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - ГР.МОНТАНА

Изх. № 4
02.01.2020г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Относно: Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2019-0011

Правно основание: Чл.33 от ЗОП – Разяснения по условията на процедурата

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за обществената поръчка, вх.№1403/31.12.2019г., в определените срокове по чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗОП, Възложителят дава следните разяснения:

Въпрос:

Извлечение: „Относно:

Изискванията за участие за Обособена позиция №7, пореден номер №2, включваща
- 2.1. Комплект от 2 бр. спринцовки от 200 ml и удължител за инжекторна система EMPOWER STA на ACIST

- 2.2. Трипътник съвместим с № по ред 2.1

обявени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана (Решение № Р - 37 / 19.12.2019г.).

.... , в глава 3. „Техническа спецификация и изисквания,, в подточка 3.4 (страница номер 9) е записано следното изискване:

„3.4. При участие за Обособена позиция №7, пор.№2 – доказателство, че оферираните консумативи са одобрени за работа с инжекторната система от производителя или от упълномощен от него представител”

С цел осигуряване на равен достъп за участие в обществената поръчка и в съответствие с член 49 от Закона за Обществените Поръчки, най-учтиво Ви молим да разясните причините налагащи горепосоченото допълнително изискване.

Разяснение:

Съгласно инструкция за употреба на инжекторната система, предоставената ни от производителя, едно от указанията за правилна и безопасна работа е: „Употребата на аксесоари и консумативи, които не са одобрени от производителя, може да доведе до представяне на ниво под оптималното и може да изложи пациента на значителен риск“. Също така производителя не гарантира качеството, безопасността, надеждността или функционалността на своите системи, когато те се използват с аксесоари и консумативи, които не са одобрени от тях за използване със системите им.

Посоченото изискване за участие в Обособена позиция №7, пореден №2 не пречи на равния достъп на участниците и същите могат да получат исканото одобрение от производителя или от неговите представители на територията на Република България, както и еквивалентен документ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *Заличено обстоятелство*
съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
Изпълнителен директор
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр.Монтана