

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - ГР. МОНТАНА

РЕШЕНИЕ
№ Р - 21 / 17.12.2018г.

**ЗА КЛАСИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ В
ПРОЦЕДУРАТА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТ ПУБЛИЧЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана**
Връзка към електронната преписка: <http://mbalmontana.com/page/show/66>

На основание чл 22, ал.1, т.6 от ЗОП и във връзка с резултатите отразени в протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № 3 - 366 от 20.11.2018г., Заповед № 3-387 от 30.11.2018г. и Заповед № 3-390 от 04.12.2018г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: **„Доставка, монтаж, пускане/въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура по две обособени позиции ” с УНП 00468-2018-0007**, в качеството ми на възложител взех следното

РЕШЕНИЕ

- 1. ОДОБРЯВАМ** протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № 3 - 366 от 20.11.2018г., Заповед № 3-387 от 30.11.2018г. и Заповед № 3-390 от 04.12.2018г.
- 2. КЛАСИРАНЕТО** на участниците в процедурата по обособени позиции, съгласно представените протоколи и доклад на комисията е следното:
 - 2.1. Обособена позиция №1- Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо:
Първо място : «С§Т България» ЕООД, гр.София
 - 2.2. Обособена позиция №2- Водочистваща система (система за обратна осмоза):
Първо място : «Марвена Диагностика» ЕООД, гр.София;
Второ място : «Сани Мед» ЕООД, гр.София
- 3. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**
 - 3.1. Обособена позиция №1: «С§Т България» ЕООД, гр.София
 - 3.2. Обособена позиция №2: «Марвена Диагностика» ЕООД, гр.София
- 4. ОТСТРАНЯВАМ** от процедурата следните участници със съответните мотиви:

На основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП - представените оферти не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, участниците:

 - 4.1. „Елпак-Лизинг“ ЕООД, гр.Варна – за Обособена позиция №1
Мотив: техническото предложение на оферирания апаратура не отговаря на обявените в документацията за участие в настоящата обществена поръчка минимални технически изисквания на Възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката (Образец №5.1) предложените параметри по т.4.1 и т.4.2 никъде не фигурират в приложения каталог-брошура на предлаганата апаратура. Не се приема като доказателство към техническото предложение приложената Техническа спецификация (стр.16 до 18), тъй като същата е превод на документа приложен непосредствено след нея (стр.19 до 21), поради това, че превода е с дата 26.07.2018г. а документа от производителя е с дата 08.11.2018г. – превода е направен преди съставяне на оригиналния документ. Показатели на оферирания апаратура не са доказани с приложения каталог-брошура.

4.2. „Медсис“ ЕООД, гр.София – за Обособена позиция №1

Мотив: техническото предложение на оферирания апаратура не отговаря на обявените в документацията за участие в настоящата обществена поръчка минимални технически изисквания на Възложителя.

Предложената апаратура е с един колиматор, а изискването на Възложителя, съгласно 3.4 от Техническата спецификация е «Колиматори: ирисов и пластинчат с ротация на 3600.

Няма доказателства по предложенията по т.3.4, 5.6, 5.7 и 5.9 от Техническото предложение на участника (Образец №5). В предложението по 5.7 и 5.9 не е потвърдено текстово минималните изисквания.

На основание чл.43,ал.1 от ЗОП, настоящето Решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.

На основание чл.42,ал.2, т.1 от ЗОП, настоящето Решение да се публикува в профила на купувача.

Настоящото Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД*
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА МБАЛ ”Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД
ГР. МОНТАНА**